



ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(ОАО "ВНИИС")



Электрический пер., д.3/10, строение 1,
г. Москва, 123557

Телефон: (495) 253 70 06 Факс: (495) 253 33 60
http://www.vniis.ru E-mail: vniis@vniis.ru

Исх. № 101-нд/9313 от 08.04.10

Факс: 449 78 12
Начальнику Управления
торговых ограничений, валютного и
экспортного контроля ФТС России

Генеральному директору-
ЗАО «АНАЛИТИКА»
П.Г. Каленик
129343, г. Москва, Серебрякова проезд,
д. 2, корпус 1

На № 82
от 02.04.2010 г.

В связи с запросом по поводу необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции, которая используется для диагностики *in vitro* в клиничко-диагностических лабораториях и не имеют прямого контакта с пациентом: анализаторы иммуноферментные планшетные Expert Plus, Expert Plus UV; устройство промывающее для планшет Atlantis 4, Atlantis; инкубатор-встряхиватель для планшет THERMOSTAR, сообщаем следующее.

Вышеуказанная продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.09 г. № 982, и представление сертификата соответствия или декларации о соответствии не требуется.

Разъяснение подготовлено на основании документов, представленных заявителем: контракт № 76/09 от 19.05.2009 г., проформа-инвойс № SO0010986 от 18.03.2010 г.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров при ввозе на таможенную территорию Российской Федерации.

Руководитель научного направления

А.В. Раков

Круглосуточный автоинформатор: 253 00 78
Телефоны для справок: 253 03 68, 253 03 79
факсы: 253 00 85, 253 68 55

