



ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ  
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
(ОАО "ВНИИС")

Электрический пер., д.3/10, строение 1,  
г. Москва, 123557

Телефон: (495) 253 70 06 Факс: (495) 253 33 60  
http://www.vniis.ru E-mail: vniis@vniis.ru

Исх. № 101-к/1545 от 02.06.10

Генеральному директору  
Закрытого акционерного общества  
«АНАЛИТИКА»  
П.Г. Каленик  
129343, г. Москва, проезд  
Серебрякова, д.2, корп.1  
тел. (495) 737 03 63

На № 127  
от 24.05.2010 г.

СПРАВКА

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения соответствия медицинской техники, производства фирмы «Response Biomedical Corporation» Канада, используемой для диагностики in vitro:

- анализатор флуориметрический RAMP® 200 System в составе контрольного модуля RAMP® 200 Control Module и тестового модуля RAMP® 200 Test Module;
- анализатор флуориметрический для экспресс-диагностики RAMP® Clinical Reader, сообщаем следующее.

Вышеуказанная продукция может быть отнесена по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 к позиции: «Анализаторы состава и свойств биологических жидкостей медицинские» (код ОКП 944310).

Указанная в настоящей справке продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.09 г. № 982, и представление сертификата соответствия и декларации о соответствии на данную продукцию не требуется.

Настоящая справка действительна до внесения изменений в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» в отношении указанной в справке продукции или до вступления в силу технических регламентов на указанную в справке продукцию.

Заведующий отделом института

Круглосуточный автоинформатор: 253 00 78  
телефоны для справок: 253 03 68, 253 03 79  
факсы: 253 00 85, 253 68 55



И.В. Аронов